


FlukeView Forms

Documenting Software

Page de connexion du mégohmmètre 1550B



ASW04F.eps

Remarque

Avant l'utilisation du câble USB-IR, les pilotes du logiciel doivent être installés sur l'ordinateur Windows. Reportez-vous à Consignes d'installation du câble USB-IR pour plus d'informations à ce sujet.

1. Pour brancher le mégohmmètre 1550B au PC en vue d'utiliser le *Logiciel de documentation FlukeView Forms* : Le 1550B ne devrait pas exécuter de test sinon les communications série seront désactivées.
2. Raccordez le câble USB-IR à un port USB disponible sur l'ordinateur.
3. Fixez le dispositif IR avec le port IR sur le mégohmmètre 1550B conformément à la figure ci-dessus.
4. Ouvrez le *logiciel de documentation FlukeView Forms*.
5. Le paramètre du port série COM actif apparaît en bas à droite de la fenêtre de *FlukeView Forms*. Cliquez deux fois dessus pour modifier son réglage en choisissant le port COM virtuel utilisé par le câble USB-IR.
6. Active le mégohmmètre 1550B.
7. Suivez les instructions du *Manuel d'utilisation* en ligne pour transférer les données du mégohmmètre vers le PC.