

van **Re5a1**

Deze bijlage is geldig van: **12-04-2018** tot **30-11-2020**

Vervangt bijlage d.d.: **n.v.t.**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Meer en Duin 64b
 2163 HC
 Lisse
 Nederland

Locatie	Afkorting
Hoofdlocatie Meer en Duin 64b 2163 HC Lisse Nederland	LI
Op locatie bij de klant	KL

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC ¹	Opmerkingen	Locatie
TE 0 0	TEMPERATUUR				
TE 4 1	Aanwijzende thermometers	-25 °C - 42 °C	0,48 °C	Klimaatkast	LI
		-25 °C - 60 °C	0,30 °C	Vloeistofbad met dry block	LI + KL
		-25 °C - 60 °C	0,30 °C	Vloeistofbad	LI + KL
		120 °C - 155 °C	0,54 °C	Heater block	LI + KL
		-80 °C - 120 °C	0,18 °C	Dry block calibrator	LI + KL

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas
 Operationeel Directeur