

Änderungshinweis zum Datenblatt URV5-Z

Aus Gründen der Konformität mit internationalen Sicherheitsstandards wurden seit Drucklegung einige Spezifikationen für die Meßköpfe URV5-Z7 und URV5-Z4 geändert.

Meßkopf URV5-Z7

Die Gleichspannungsbelastbarkeit in Höhe von 400 V (DC) wurde auf **60 V (DC)** reduziert.

Meßkopf URV5-Z4

Die Gleichspannungsbelastbarkeit in Höhe von 1000 V (DC) wurde auf **600 V (DC)** reduziert.

Die entsprechenden Angaben auf Seite 8 dieses Datenblatts (Spalte Spannungsbereich/ Belastbarkeit) sind daher überholt. Dasselbe gilt für die Angaben auf den Typschildern älterer Meßköpfe. Die alten Werte können weiter als maximal mögliche physikalische Belastbarkeit interpretiert werden.



ROHDE & SCHWARZ