

um gerade in dem Augenblick, in welchem das Quecksilber die Pechschicht durchläuft, die Temperatur abzulesen. Bei meinen Untersuchungen¹⁾ nach der Methode von Kraemer und Sarnow war ich bestrebt, sie von der praktischen Seite zu prüfen, und habe selbst eine Methode vorgeschlagen, die sich auf denselben Prinzip aufbaut, aber meines Erachtens bequemer durchzuführen ist. Ich konstruierte einen Apparat (Fig. 3), welcher den Schmelzpunkt automatisch angibt. Die Glasröhre A von 5 mm Durchmesser und 10 cm Länge geht durch einen Ppropfen mit zwei Metallplatten. Das untere Ende der Röhre ist zu einer Capillare von 1 mm Durchmesser und 10 mm Länge ausgezogen. Die unteren Enden der Platten sind gut voneinander isoliert, doch zwischen ihnen ist eine 1 mm weite Öffnung gelassen. Beide Platten sind an dem Ppropfen befestigt und mit Pressen verbunden. Neben der Röhre befindet sich ein Maximalthermometer, dessen Quecksilberkugel in gleicher Höhe mit der Pechschicht stehen muß. Dies wird in einem Reagensglas befestigt, das selbst durch die Öffnung eines Ppropfens geht. Dieser schließt einen Kolben B. Letzterer wird mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit gefüllt. In den Ppropfen, der den Kolben schließt, werden noch zwei gebogene Glasröhren eingelassen. Die eine derselben reicht fast bis auf den Boden des Kols, während die andere 1–2 cm aus demselben hervorragt.

Der Kolben B wird von einem Gasbrenner D erhitzt, über welchem sich das Asbestnetz C befindet. Die Gasleitungsröhre des Gasbrenners D wird durch die Presse H geführt. Der untere Tubus des Gefäßes E, welches höher als das Gefäß B steht, ist durch ein Kautschukrohr mit dem Röhrchen f verbunden. Die Metallplatten der Presse werden in den gemeinsamen Stromkreis mit der Schelle K und dem Elektromagnet M eingeschaltet. Über dem Elektromagneten befindet sich an zwei Springfedern ein Anker. Sobald der Strom den Stromkreis durchfließt, zieht der Elektromagnet den Anker an. Infolgedessen wird die Presse F geöffnet, während die Presse H geschlossen wird. Gleichzeitig wird das kleine Gewicht ab von dem Hebel h abgehoben, und die Uhr bleibt stehen.

Der Verlauf der Bestimmung ist folgender. Man taucht das Capillarend des Röhrchens in geschmolzenes Pech und schließt die obere Öffnung des Röhrchens mit dem Finger. Hebt man nun das Röhrchen heraus, so bleibt im Innern desselben eine etwa 5 mm hohe Pechschicht haften. Diese ist natürlich vollständig homogen. Sobald sie wieder hart geworden ist, gibt man eine ca. 5 mm hohe Quecksilberschicht darauf. Das Röhrchen wird zwischen den Metallplatten befestigt. Das Gefäß wird etwa bis zu einem Drittel seines Inhaltes mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit gefüllt und gleichzeitig erwärmt. Zu Beginn der Bestimmung ist die Presse F geschlossen und H geöffnet. Sobald aber das Pech völlig geschmolzen ist, fließt das Quecksilber aus der engen Öffnung des Röhrchens aus und gerät zwischen die Metallplatten. Dadurch wird der Strom geschlossen. In diesem Augenblick ertönt die Glocke. Man kann diese so einschalten, daß sie nur einmal ein Signal gibt, oder aber, daß sie so lange klingelt, bis der Beobachter den Strom unterbricht. Der Elektromagnet zieht den Anker an, wodurch die Presse H geschlossen, und die Uhr zum Stehen gebracht wird. Die Gaszuströmung hört auf, die Flamme erlischt, die Flüssigkeit, welche sich im Gefäß E befindet, fließt in das Gefäß B und kühl es ab.

Die am Maximalthermometer abgelesenen Grade geben unmittelbar den Schmelzpunkt des Peches an.

Wenn man das Gefäß B nicht mit dem unteren Tubus N, sondern mit dem oberen L verbindet, so kann man den Apparat mittels eines Stromes kalter Luft abkühlen.

Ich benutzte diese Vorrichtung zur Bestimmung der Schmelzpunkte verschiedener Teere und Wachse und erhielt in allen Fällen sehr befriedigende Resultate. [A. 21.]

¹⁾ Leo Schanin, „Zur Frage über die Bestimmung des Schmelzpunktes von Pech.“ Z. Süd-Russ. Ver. Ing.-Technol. (1905).


Gassammelröhre ohne Hahn und Gassammelröhre ohne Hahn mit Ventilverschluß.

D. R. G. M. 589963, 42I und D. R. G. M. 582460, 42I.


Von Dr. Ing. GEORG WEMPE.

(Eingeg. 16./8. 1914.)


Die nebenstehend im Durchschnitt gezeichneten Gassammelröhren sind aus dem Bedürfnis heraus entstanden, eine durchaus dicht schließende Konstruktion zu erhalten, da die praktische Erfahrung zeigte, daß die allgemein verwendeten Schondorffschen Röhren ein Herausdiffundieren von Gas, trotz guten Einfettens der Hähne, nicht vermeiden ließen.



Die vorliegenden Gassammelröhren vermeiden aus diesem Grunde jeden Hahn. Bei der „Gassammelröhre ohne Hahn“ dient als Abschluß einmal ein zu einer Schleife gebogenes Rohr, in das eine größere und eine kleinere Kugel eingesetzt ist. Das Verbindungsstück zwischen kleiner und großer Kugel ist capillar gehalten. Ein zweites Rohr reicht bis auf den Boden der Röhre und dient zum Füllen und Entleeren derselben. In den capillaren Teil des schleifenförmigen Rohres bringt man als Absperrmittel etwas Quecksilber, wodurch gasdichter Abschluß erreicht wird.



Die Handhabung der Röhre gestaltet sich wie folgt: Man setzt an das bis auf den Boden reichende Rohr einen kleinen Gummischlauch an, den man in Wasser taucht, und füllt die Röhre vollständig mit Wasser durch Saugen am schleifenförmigen Rohr. Das Quecksilber in der Capillare weicht hierbei in der kleinen Kugel aus. Das Füllen der Röhre mit Gas geschieht durch Absaugen des Wassers durch das bis auf den Boden reichende Rohr, wobei das Quecksilber der Capillare und das darüber stehende, in der kleinen Kugel befindliche Wasser in der großen Kugel ausweichen können. Natürlich ist darauf zu achten, daß das bis auf den Boden reichende Rohr in Wasser eintauchen bleibt, damit für genügenden Abschluß auch dieses Rohres gesorgt ist. Die teilweise Entleerung der Röhre wird durch einen Niveaualausgleicher bewerkstelligt, durch den Quecksilber durch das bis auf den Boden reichende Rohr unter Entweichenlassen des Gases durch das schleifenförmige Rohr in die Röhre gedrückt wird.



Eine ähnliche Konstruktion ist die „Gassammelröhre ohne Hahn mit Ventilverschluß“; als Abschluß dient bei dieser Röhre ein Ventil, bestehend aus zwei ineinander geschmolzenen Ellipsoiden, deren Inneres unten eine Öffnung besitzt, das Äußere im oberen Teile einen mit Öffnung versehenen Dorn trägt (siehe Detail), der zwecks vollständiger Füllung der Röhre mit Wasser in eine kleine Ausbuchtung der Wandung der Röhre hineinragt. Als Absperrmittel wird in das Ventil eine kleine Menge Wasser gebracht; auch bei dieser Röhre ist der gasdichte Abschluß vollkommen. Die weitere Konstruktion und Handhabung dieser Gassammelröhre ist genau so wie bei der oben beschriebenen, nur muß man die Röhre einigermaßen geschickt drehen, um sie vollständig mit Wasser zu füllen.

Beide Gassammelröhren halten nach praktischer Erfahrung den Transport vollständig aus; es ist vielleicht zweckmäßig, die beiden Röhre während des Transportes noch durch Gummischlauch mit eingestecktem Glasstopfen zu schließen.

Die Herstellung und den Vertrieb der Gassammelröhren hat die Firma Dr. Hodes & Goebel, Ilmenau in Thüringen, übernommen. Sie werden passend in Größen von 100 und 200 ccm angefertigt.

[A. 43.]